

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на выполнение работ по ремонту программно-аппаратного комплекса на базе
хроматографа "Хроматэк-Кристалл 5000"

№ п/п	Наименование работ	Количество	Ед. изм.
1.	Тестирование основных узлов хроматографа	1	комплекс
2.	Техническое обслуживание детекторов	2	шт.
3.	Техническое обслуживание генератора водорода	1	шт.
4.	Техническое обслуживание компрессора	1	шт.
5.	Адаптация и подбор режима для анализа	1	шт.
6.	Техническое обслуживание 10-портового крана	1	шт.
7.	Техническое обслуживание метанатора	1	шт.
8.	Проведение градуировки прибора	1	шт.
9.	Замена уплотнений (фторопласт, полиамид, латунь, резина) на новые	1	комплект
10.	Замена сорбента в фильтрах	1	шт.
11.	Кондиционирование и промывка колонок, прокаливание сорбентов в фильтрах, проверка и восстановление работоспособности детектора	1	комплекс
12.	Подготовка поверочных хроматограмм	1	шт.
13.	Техническое обслуживание и ремонт блока подготовки газов	1	шт.
14.	Проверка газовых линий на герметичность, техническое обслуживание сбросных клапанов, техническое обслуживание испарителей	1	комплекс
15.	Замена электролитической ячейки генератора водорода	1	шт.