

Техническая спецификация на ремонт средств измерений

№ п/п	Номенклатурный номер	Полное наименование работ	Полная характеристика работ			
			Класс точности	Тип средства измерений	Кол-во, шт.	Сроки выполнения работ
1	402 102 101	Ремонт и поверка (калибровка) ампервольтметра	0,2	M2042, M2051	1	По заявке в течении 2020 г.
2		Ремонт и поверка (калибровка) ампервольтметра	1	Ц4311	1	По заявке в течении 2020 г.
3		Ремонт и поверка (калибровка) амперметра	0,2	Д5080, Д5081, Д5017, Д533, Д566	3	По заявке в течении 2020 г.
4		Ремонт и поверка (калибровка) амперметра	0,5	Э514, Э525, Э526, Э527, Э539, Э59	1	По заявке в течении 2020 г.
5		Ремонт и поверка (калибровка) аппарата для поверки ТТ и ТН		К507	1	По заявке в течении 2020 г.
6		Ремонт и поверка (калибровка) ваттметра	0,2	Д5080, Д5088, Д50162, Д533, Д566/100, Д566	6	По заявке в течении 2020 г.
7		Ремонт и поверка (калибровка) вольтамперфазометра		Парма -ВАФ	6	По заявке в течении 2020 г.
8		Ремонт и поверка (калибровка) вольтметра	0,5	Э515, Э531, Э532, Э533, Э545, Э59	1	По заявке в течении 2020 г.
9		Ремонт и поверка (калибровка) вольтметра	0,2	Д5081, Д5082, Д533, Д566	6	По заявке в течении 2020 г.
10		Ремонт и поверка (калибровка) вольтметра универсального		В3-38, РВ7-32, В7-26, В3-55	2	По заявке в течении 2020 г.
11		Ремонт и поверка (калибровка) измерителя сопротивления заземления		Ф4104, Ф4103	6	По заявке в течении 2020 г.
12		Ремонт и поверка (калибровка) измерителя тока КЗ		Щ41160, Вектор	4	По заявке в течении 2020 г.
13		Ремонт и поверка (калибровка) конденсатора воздушного образцового		Р5023, Вектор С-10	1	По заявке в течении 2020 г.
14		Ремонт и поверка (калибровка) магазина сопротивлений	0,05	МСП-63	3	По заявке в течении 2020 г.
15		Ремонт и поверка (калибровка) магазина сопротивлений	0,1	Р14	1	По заявке в течении 2020 г.

16	Ремонт и поверка (калибровка) магазина сопротивлений	0,02	P513, P404, P4057, P4007, P4075, P4080, P4082, P4042, P40104, P40107	4	По заявке в течении 2020 г.
17	Ремонт и поверка (калибровка) манометра (кислородный)	2,5	МТ, МТП-1М, МТПСg-100, ОБМ1-100, М1	20	По заявке в течении 2020 г.
18	Ремонт и поверка (калибровка) манометра (технический)	2,5	МТ, МТ-1У, ТНА МТП-1М, МТПСg-100, ОБМ1-100, М1-УХЛЗ	50	По заявке в течении 2020 г.
19	Ремонт и поверка (калибровка) мегаомметра		ЦС0202, Ф4101, Ф4102	10	По заявке в течении 2020 г.
20	Ремонт и поверка (калибровка) микроамперметра	0,2	M2005	2	По заявке в течении 2020 г.
21	Ремонт и поверка (калибровка) милливольтметра	0,2	M2016, M2007, M1107, M2044	4	По заявке в течении 2020 г.
22	Ремонт и поверка (калибровка) моста переменного тока	0,1	МО-62, P333, P4833	6	По заявке в течении 2020 г.
23	Ремонт и поверка (калибровка) мультиметра цифрового		M-266, УТ-202, УТ-50,	60	По заявке в течении 2020 г.
24	Ремонт и поверка (калибровка) мультиметра цифрового		M832, M890	2	По заявке в течении 2020 г.
25	Ремонт и поверка (калибровка) осцилографа		C1-65, C1-83, C1-73	2	По заявке в течении 2020 г.
26	Ремонт и поверка (калибровка) секундомера электрического		ПВ-53Л, ПВ-53Щ	3	По заявке в течении 2020 г.
27	Ремонт и поверка (калибровка) термосигнализатора		ТКП-160	30	По заявке в течении 2020 г.
28	Ремонт и поверка (калибровка) фазометра		Д578, Д5781	2	По заявке в течении 2020 г.
29	Ремонт и поверка (калибровка) частотомера		Ф-246	2	По заявке в течении 2020 г.
30	Ремонт и поверка (калибровка) частотомера цифрового		ЧЗ-32, ЧЗ-33, ЧЗ-35А	2	По заявке в течении 2020 г.
31	Ремонт и поверка (калибровка) измерителя		M417	3	По заявке в течении 2020 г.
32	Ремонт и поверка (калибровка) измерителя неоднородности кабеля		P5-10	2	По заявке в течении 2020 г.
33	Ремонт и поверка (калибровка) моста переменного тока		МД-16, P5026	2	По заявке в течении 2020 г.
34	Ремонт и поверка (калибровка) комплекта		K50, K505, K540, K541	6	По заявке в течении 2020 г.

35	Комплект универсальный для наладки высоковольтных коммутационных аппаратов		УИК-МВ-01, УИК-МВ-03	3	По заявке в течении 2020 г.
36	Ремонт и поверка (калибровка) киловольтметра		С-196	1	По заявке в течении 2020 г.
37	Ремонт и поверка (калибровка) аппарата испытательного диодного		АИД-70	5	По заявке в течении 2020 г.
38	Ремонт и поверка (калибровка) прибора для измерения параметров однофазной цепи в режиме КЗ		Вектор	11	По заявке в течении 2020 г.
39	Ремонт и поверка (калибровка) установки		У-1134	3	По заявке в течении 2020 г.
40	Ремонт и поверка (калибровка) установки		У-300	2	По заявке в течении 2020 г.

Примечание

- 1 Потенциальный поставщик должен включить все расходы, связанные с, оказанием услуг (включая НДС, услуги по поверке, стоимость поверительных пломб и лейбл, расчёт результата расширенной неопределённости).
- 2 Поставщик должен предоставить результат расчёта расширенной неопределённости при проведении поверки на каждое средство измерений.

