

Утверждаю:

Заместителя Председателя Правления  
по управлению сетями

  
И.Г. Глибина

" 12 "  2019г

Техническая спецификация на ремонт средств измерений

№ п/п	Номенклатурный номер	Полное наименование работ	Полная характеристика работ			
			Класс точности	Тип средства измерений	Кол-во, шт.	Сроки выполнения работ
1	402 102 101	Ремонт и поверка (калибровка)	0.2	M2042, M2051	1	По заявке в течении 2019 г.
2		Ремонт и поверка (калибровка) ампервольтметра	1.0	Ц4311	1	По заявке в течении 2019 г.
3		Ремонт и поверка (калибровка) амперметра	0.2	Д5080, Д5081, Д5017, Д533, Д566	3	По заявке в течении 2019 г.
4		Ремонт и поверка (калибровка) амперметра	0.5	Э514, Э525, Э526, Э527, Э539, Э59	1	По заявке в течении 2019 г.
5		Ремонт и поверка (калибровка) аппарата для поверки ТТ и ТН		K507	1	По заявке в течении 2019 г.
6		Ремонт и поверка (калибровка) ваттметра	0.2	Д5080, Д5088, Д50162, Д533, Д566/100, Д566	6	По заявке в течении 2019 г.
7		Ремонт и поверка (калибровка) вольтамперфазометра		Парма -ВАФ	6	По заявке в течении 2019 г.
8		Ремонт и поверка (калибровка) вольтметра	0.5	Э515, Э531, Э532, Э533, Э545, Э59	1	По заявке в течении 2019 г.
9		Ремонт и поверка (калибровка) вольтметра	0.2	Д5081, Д5082, Д533, Д566	6	По заявке в течении 2019 г.
10		Ремонт и поверка (калибровка) вольтметра универсального		В3-38, РВ7-32, В7-26, В3-55	2	По заявке в течении 2019 г.
11		Ремонт и поверка (калибровка) измерителя сопротивления заземления		Ф4104, Ф4103	6	По заявке в течении 2019 г.
12		Ремонт и поверка (калибровка) измерителя тока КЗ		Щ41160, Вектор 2,0	4	По заявке в течении 2019 г.
13		Ремонт и поверка (калибровка) конденсатора воздушного образцового		P5023, Вектор С-10	1	По заявке в течении 2019 г.
14		Ремонт и поверка (калибровка) магазина сопротивлений	0.05	МСР-63	3	По заявке в течении 2019 г.
15		Ремонт и поверка (калибровка) магазина сопротивлений	0.1	P14	1	По заявке в течении 2019 г.
16		Ремонт и поверка (калибровка) магазина сопротивлений	0.02	P513, P404, P4057, P4007, P4075, P4080, P4082, P4042, P40104, P40107	4	По заявке в течении 2019 г.

№ п/п	Номенклатурный номер	Полное наименование работ	Полная характеристика работ			
			Класс точности	Тип средства измерений	Кол-во, шт.	Сроки выполнения работ
17		Ремонт и поверка (калибровка) манометра (кислородный)	2.5	МТ, МТП-1М, МТПСg-100, ОБМ1-100, М1	20	По заявке в течении 2019 г.
18		Ремонт и поверка (калибровка) манометра (технический)	2.5	МТ, МТ-1У, ТНА МТП-1М, МТПСg-100, ОБМ1-100, М1-УХЛЗ	50	По заявке в течении 2019 г.
19		Ремонт и поверка (калибровка) мегаомметра		ЦС0202, Ф4101, Ф4102	10	По заявке в течении 2019 г.
20		Ремонт и поверка (калибровка) микроамперметра	0.2	М2005	2	По заявке в течении 2019 г.
21		Ремонт и поверка (калибровка) милливольтметра	0.2	М2016, М2007, М1107, М2044	4	По заявке в течении 2019 г.
22		Ремонт и поверка (калибровка) моста переменного тока	0.1	МО-62, Р333, Р4833	6	По заявке в течении 2019 г.
23		Ремонт и поверка (калибровка) мультиметра цифрового		М-266, УТ-202, УТ-50,	60	По заявке в течении 2019 г.
24		Ремонт и поверка (калибровка) мультиметра цифрового		М832, М890	2	По заявке в течении 2019 г.
25		Ремонт и поверка (калибровка) осциллографа		С1-65, С1-83, С1-73	2	По заявке в течении 2019 г.
26		Ремонт и поверка (калибровка) секундомера электрического		ПВ-53Л, ПВ-53Щ	3	По заявке в течении 2019 г.
27		Ремонт и поверка (калибровка) термосигнализатора		ТКП-160	30	По заявке в течении 2019 г.
28		Ремонт и поверка (калибровка) фазометра		Д578, Д5781	2	По заявке в течении 2019 г.
29		Ремонт и поверка (калибровка) частотомера		Ф-246	2	По заявке в течении 2019 г.
30		Ремонт и поверка (калибровка) частотомера цифрового		ЧЗ-32, ЧЗ-33, ЧЗ-35А	2	По заявке в течении 2019 г.
31		Ремонт и поверка (калибровка) измерителя		М417	3	По заявке в течении 2019 г.
32		Ремонт и поверка (калибровка) измерителя неоднородности кабеля		Р5-10	2	По заявке в течении 2019 г.
33		Ремонт и поверка (калибровка) моста переменного тока		МД-16, Р5026	2	По заявке в течении 2019 г.
34		Ремонт и поверка (калибровка) комплекта		К50, К505, К540, К541	6	По заявке в течении 2019 г.
35		Комплект универсальный для наладки высоковольтных		УИК-МВ-01, УИК-МВ-03	3	По заявке в течении 2019 г.
36		Ремонт и поверка (калибровка)		С-196	1	По заявке в течении 2019 г.

№ п/п	Номенклатурный номер	Полное наименование работ	Полная характеристика работ			
			Класс точности	Тип средства измерений	Кол-во, шт.	Сроки выполнения работ
37		Ремонт и поверка (калибровка) аппарата испытательного диодного		ЛИД-70	5	По заявке в течении 2019 г.
38		Ремонт и поверка (калибровка) прибора для измерения параметров однофазной цепи в режиме		Вектор	11	По заявке в течении 2019 г.
39		Поверка (калибровка) установки		У-1134	3	По заявке в течении 2019 г.
40		Поверка (калибровка) установки		У-300	2	По заявке в течении 2019 г.

- Потенциальный поставщик должен включить все расходы, связанные с, оказанием услуг (включая НДС, услуги по поверке, стоимость поверительных пломб и лейбл, расчёт результата расширенной неопределённости).
- Потенциальный поставщик должен предоставить вместе с ценовым предложением цену на работы по ремонту включающую услугу по поверке (калибровке) средств измерений.
  - Наличие у потенциального поставщика Аттестата Аккредитации на поверку (калибровку) средств измерений и области аккредитации на поверку средств измерений (подтвердить в составе заявки).
  - При заключении договора потенциальный поставщик должен предоставить нотариально заверенную копию Аттестата Аккредитации на поверку (калибровку) средств измерений и копию области аккредитации по поверке средств измерений.
  - Поставщик должен предоставить результат расчёта расширенной неопределённости при проведении поверки на каждое средство измерений.

Начальника управления метрологии



Д.А.Баженов